

医用電子血圧計 機能仕様書

仕様内容
医用電子血圧計について、以下の条件を満たすこと。
収縮期血圧値/拡張期血圧値/平均血圧値/脈拍数の測定が可能であること。
測定間隔は連続/1/2/2.5/5/10/15/20/30/60/120分から選択可能であること。
計測値、時刻、電池残量などの情報を表示可能なカラーディスプレイを有すること。
測定部とカフは一体型であり、ホースレス構造であること。
質量は190 g（電池含む）以下であること。
単三アルカリ電池2本で連続約2日間駆動可能であること。
テレメータ送信機に対して無線通信(Bluetooth)により血圧値を送信可能であること。