

送信機 機能仕様書

仕様内容
送信機に関しては以下の要件を満たすこと。
心電図/呼吸波形/SpO2/脈波波形の測定が可能であること。
液晶ディスプレイに、10.心電図波形および心拍数、ペースメーカーマーク、誘導名、表示感度、心電電極の状態の状態を表示できること。
単三アルカリ電池2本で連続約7日間の駆動が可能であること。
単三形ニッケル水素電池2本で連続4.5日間の駆動が可能であること。
単三リチウム乾電池2本で連続約9日間の駆動が可能であること。
心電図測定に関して、3/4/5電極を使用可能であること。
5電極使用時は、心電図波形を2 c h 送信可能であること。